



Российская Федерация, Республика Башкортостан 450095, г.Уфа, ул. Майкопская, 57
ИНН 0275009544. КПП 027501001
E-mail: DGTI@bngf.ru

№ 419/744 от 01 октября 2019г.

На № _____ от _____ 20__ г.

Отчет об испытаниях преобразователей давления

Согласно договора №1-10/18/А/ОПЭ от 30.10.18 о предоставлении оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию компания ООО СК «АНКОР» передала АО «Башнефтегеофизика» для испытания преобразователи давления РС-28/Ex/0...100МПа/PZ/M/RU марки Aplisens в количестве 4шт. Они были направлены для контроля давления промывочной жидкости в процессе бурения на месторождения Ярудейская, Байсаровская, Серафимовская и Уршакская. Установлены они через разделитель сред. Контроль показаний велся по манометрам буровой бригады. За время пользования датчиками, нареканий со стороны сотрудников, эксплуатирующих их, не было. Датчики обеспечены всеми необходимыми документами и сертификатами. Они показали себя с положительной стороны.

Условия испытания:

температура окружающей среды от -40°C до +30°C,

влажность до 100%,

температура контролируемой среды от 0°C до 40°C.

Фото преобразователей в работе прилагаются.

Ведущий геофизик ДГТИ

Ю.В. Шумилевич